Sahva

Et liv i bevægelse

Håndbog

Ortopædiske hjælpemidler

Ortopædiske hjælpemidler

Dette katalog giver et overblik over de produkter, Sahva udbyder. Kataloget er tænkt til mennesker, der er med i et team omkring hjælpemiddelforsyningen og derfor har brug for en konkret orientering om kropsbårne hjælpemidler.

Vi omtaler både individuelt fremstillede produkter og færdigvarer, opdelt i kroppens segmenter.

Bagerst i kataloget findes en ordliste med faglige udtryk.

Proteser og ortoser
Flere afsnit i kataloget indeholder både proteser og ortoser til samme kropssegment. En protese skal erstatte en manglende legemsdel, mens en ortose skal korrigere, støtte, aflaste eller stabilisere en del af kroppen.

Øvrige produkter
I kataloget præsenteres også forskellige former for lette ortoser og øvrige produkter, som har mange af ortosens formål og funktioner, men som regel er af lettere konstruktion og kun sjældent individuelt fremstillet. Det kan typisk være sportsbandager til aflastning af for eksempel led og knogler, brystproteser og kompressionsstrømper.

Sahva
Et liv i bevægelse

Indhold

- Hoved og nakke
- Skulder, arm og håndled
- Hænder og fingre

- Bryst
- Ryg og mave
- Hofte

- Ben
- Fødder

- Øvrige produkter

- Bevilling og garanti
- Kontakt Sahva

- Ordliste

Sahvas klinikker og butikker findes i mere end 30 danske byer

1

• Hoved og nakke

Produktbeskrivelse	side 1
Hjelme	side 2
Halskraver (Bløde)	side 2
Halskraver (Semirigide)	side 3
Halskraver (Rigide)	side 3

• Skulder, arm og håndled

Produktbeskrivelse	side 5
Armproteser	side 6
Ortoser	side 8
Frakturbehandling – overekstremitet	side 11

• Hænder og fingre

Produktbeskrivelse	side 12
Proteser	side 13
Håndledsortoser	side 13
Hånd/finger ortose	side 17

Sahva

Sahvas aktivitetskalender findes på både sahva.dk og Facebook

Hoved og nakke

Der kan være behov for at beskytte **kranie** eller **ansigt** på grund af skader eller medfødte lidelser. Sahva tilbyder et udvalg af hjelme og masker, som i de fleste tilfælde kan individuelt reguleres eller ændres. Vi laver også særligt udstyr til for eksempel beskyttelse af brud på næsen, eller redskaber der skal kunne fastgøres til en hjelm.

Produkter til **nakken** er som regel kendetegnet ved at være både stabile og fleksible på samme tid og benyttes både i tilfælde af ulykker, i forbindelse med operationer og ved medfødte lidelser.

Hoved og nakke

Hjelm

Hjelm - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Epilepsi, balanceforstyrrelser, kranie-kirurgi m.v.

Funktion: Beskytter hovedet mod skader ved fald og lignende. Beskytter hovedet efter kraniekirurgi.

Materialer: Enten stof (indeholdende nylon), med indvendig polstring, eller beklædt med skind. I begge tilfælde med hagestrop og spænde.

Kranie-beskyttelse - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Ved craniotomier.

Funktion: Ved operationer i hjernen løsner man et stykke af kranieknoglen for at kunne operere. I nogle tilfælde kan der efterfølgende være komplikationer med knoglestykket, man har løsnet, og derfor kan plastskallen midlertidigt beskytte hjernen mod skade.

Materialer: Thermoplast. Polstring i blød plast.

Halskraver (Bløde)

CO - 01

Færdigvare

Indikationer: Hold i nakken, stivhed, ømhed, overbelastning, reumatiske gener, slidgigt.

Funktion: Støtter og aflaster nakken. Smerte-lindrende. Anatomisk udformet for den bedste komfort og funktion.

Materialer: Polyester, viskose, akryl, Lycra®

Hoved og nakke

Halskraver (Semirigide)

CO - 02

Færdigvare

Indikationer: Hold i nakken, stivhed, ømhed, traumebehandling og reumatiske gener.

Funktion: Stabiliserer og aflaster nakken. Smerte-indrende. Anatomisk formet for god pasform. Plastskinne for ekstra stabilisering.

Materiale: Plast, polyester, viskose, acryl, lycra®.

Halskraver (Rigide)

CO - 03

Færdigvare

Indikationer: Reumatologiske sygdomme, lettere neuromuskulære forstyrrelser, instabilitet, smerter, traumebehandling og postoperativt.

Funktion: Aflaster nakken og holder nakke og hoved i en ergonomisk optimal og aflastende stilling.

Materialer: Plastazote/polyester. Kan være betrukket med bomuldstrikot. Lukkes med velcro.

CO - 04

Færdigvare

Indikation: Reumatologiske sygdomme, lettere neuromuskulære forstyrrelser, instabilitet, smerter, traumebehandling og postoperativt.

Funktion: Aflaster nakken og holder nakke og hoved i en ergonomisk optimal stilling.

Materialer: Plast og skummateriale.

Kraven fås også i 5 børnestørrelser.

Hoved og nakke

CO - 05

Færdigvare

Indikation: Posttraumatisk stabile cervikale frakturer, cervikal spondylit, cervikal spondylose, reumatologiske lidelser og osteoartritis (slidgigt) i halsrygraden. Diskusprolaps og postoperative. Motorneuronsygdomme.

Funktion: Ergonomisk formet todelt halskrave til børn under 12 år. Sikrer flexion og minimal manipulering af patient under påtagning.

Materialer: Thermoplast. Polstring i hudvenligt Sorbatex™.

CO - 06

Færdigvare

Indikation: Immobilisering af rygraden. Spinale (sub) luksationer.

Funktion: Immobiliserer barnets hovede og ryg, mens luftvejene holdes frie, og rygraden holdes i ret linje.

Materialer: Thermoplast. Polstring i hudvenligt materiale.

Skulder, arm og håndled

Proteser

Armproteser er funktionelle eller kosmetiske hjælpemidler eventuelt i en kombination.

En **mekanisk armprotese** styres via kabeltræk. Det er en meget pålidelig protesetype, som for eksempel kan være udstyret med en krog til arbejdsbrug.

En **myoelektrisk protese** er aktiv. Protesens forskellige funktioner - åbne/lukke, bøj/stræk - styres af brugeren ved hjælp af muskelspændinger og elektroder.

En **æstetisk protese** vil ofte være passiv, og erstatter den manglende arm på naturtro måde, så det ikke er umiddelbart synligt, at brugeren mangler en arm eller hånd. Hånden på den æstetiske protese vil ofte laves med et silikoneovertræk, der fremstilles som en spejlvendt kopi af den modsatte hånd.

Hvilken protesetype, der vælges til den enkelte, afhænger af brugerens alder, amputationsniveau, generelle helbred, og hvad brugeren forventer af protesen.

Ortoser

Arm- og skulderortoser skal stabilisere, smertelindre, immobilisere eller aflaste efter operation. De kan også korrigere fejlstillinger, forebygge skader og fastholde legemsdelen under heling af fraktur.

Skulder, arm og håndled

Armproteser

Mekanisk armprotese - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Efter amputation i situationer hvor der ønskes en driftsikker og holdbar protese.

Funktion: Hånd, og evt. albueled, styres af kabeltræk og seletøj. Hånd, eller krog, kan således præcist positioneres afhængig af trækket i seletøjet.

Materialer: Lamineret hylster, evt. med silikonedel. Hånd i letmetal med kabeltræk, yderhandske i pvc eller silikone (evt. krog i metal). Seletøj fremstillet af metalkabel, nylongjord og læder. Evt. silikoneliner til fastgørelse af protese ved hjælp af pinlås.

Myoelektrisk armprotese - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Efter amputation til brugere med god muskelstyrke, der kan separere de enkelte muskelgruppers spænding.

Funktion: Muskelspændinger aktiverer elektroder, der styrer håndens åbne og lukke funktioner. Herudover kan der være tale om en drejefunktion af hånd og albueled, der ligeledes styres med elektroderne. Ved at indstille elektrodernes følsomhed kan protesehåndens funktion optimeres.

Materialer: Lamineret hylster, evt. med silikone. Yderhandske i pvc eller silikone. Inderhandske i pvc med elektrisk hånd; herunder elektromotor for åbning og lukning af hånd samt elektroder, batteri og kabler. Protesen kan yderligere være udbygget med enten mekanisk eller elektronisk albueled samt en drejemotor.

Bionisk hånd

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Efter amputation til brugere med god muskelstyrke, der kan separere de enkelte muskelgruppers spænding og har erfaring med en myoelektrisk armprotese.

Funktion: En bionisk hånd er en softwarekørende hånd, som styres via elektroder, der sidder inde i protesehylstret. Softwaren gør det muligt at bevæge fingrene individuelt i modsætning til den myoelektriske hånd, som kun tillader et pincetgreb. En bionisk hånd er forprogrammeret med forskellige greb, der kan skiftes mellem ved små bevægelser.

Skulder, arm og håndled

Det er også muligt at lave individuelle greb, så funktionen passer ind i en individuel hverdag. Denne type håndprotese kommer tættest på håndens anatomi.

Materialer: Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås til fastgørelse af protese.

Indikation: Efter amputation, hvor der ønskes en naturtro kopi af den anden side, og hvor æstetikken har større vægt end håndens åbne og lukke funktion.

Kosmetisk/ æstetisk armprotese - 01

Individuelt fremstillet produkt

Funktion: Protesen har en passiv hånd, der udgør en opposition til den anden side, og gør det muligt at holde ting. Desuden opnås ligevægt i overkroppen ved brug af protesen. Den kosmetiske/æstetiske armprotese kan være med til at fjerne fokus fra den manglede legemsdel.

Materialer: Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås til fastgørelse af protese.

Skulder, arm og håndled

Ortoser

SdO - 01

Færdigvare

Indikation: Postoperativt efter skulder- og arm-operationer. Skulder- og armskader eller frakturer. Øvrige tilfælde hvor aflastning og stabilisering ønskes.

Funktion: Aflaster og stabiliserer armen. Enkel applicering. Passer til venstre og højre arm.

Materiale: Tekstilt materiale.

SdO - 02

Færdigvare

Indikation: Aflastning posttraumatisk og post-operativt.

Funktion: Armslynge med ekstra bånd til fiksering. Justerbart skulderbånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

Materiale: Tekstilt materiale med frotté på inder-siden.

SdO - 03

Færdigvare

Indikation: Skuldersmerter (posttraumatisk/post-operativt). Osteoarthritis (slidgigt) i skulderen.

Funktion: Aktiv ortose til behandling af skulderen. Ortosen centrerer det glenohumerale led (skulderled) og forbedrer ledfunktion. Under bevægelse sker en lokal massageeffekt på skulderens bløddele.

Materiale: Elastisk tekstilt materiale.

Skulder, arm og håndled

SdO - 04

Færdigvare

Indikation: Anvendes til at mindske smerte i skulderled efter apopleksi; til at begrænse subluksation i skulderleddet.

Funktion: Giver støtte til skulderen, samt mulighed for at kunne bevæge armen frit ved daglige aktiviteter.

Materiale: Ventilerende tekstilt AirX materiale med microfiber.

SdO - 05

Færdigvare

Indikation: Skuldersmerte og nedsat funktion som følge af hemiplegi, plexusskader, perifere nerveskader, kranietrauma.

Funktion: Støtter og aflaster skulderleddet. Trækbåndene mellem over- og underdel giver en let udadrotation af skulder og arm, som derved letter rehabiliteringen af arm/håndfunktion.

Materialer: PCM®, silikone.

SdO - 06
Scapula Alata ortose

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Brugere med et vingende skulderblad (scapula alata); opstået enten spontant eller efter ulykke eller virus.

Funktion: Ortosen holder det vingende skulderblad på plads og gør genoptræning af den svækkede muskulatur mulig.

Materialer: Thermoplast, polstring i skum og skind. Ramme i kulfiber eller stål. Lukkes med velcro.

Skulder, arm og håndled

BO - 01
Brachial ortose

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Indikation: Fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer nye eller ældre brud på overarmen.

Materialer: Læder, plast, laminat eller en kombination af disse.

SEWHO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, samt fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejlstillinger i skulder, albue og håndled. Kan i nogle tilfælde være udstyret med et eller flere led.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse. Led kan være fremstillet i metal eller plast.

EO - 01
Albue ortose

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Tennisalbue (lateral epicondylalgia), golfalbue (medial epicondylalgia), musearm.

Funktion: Giver tryk over muskelbugen og aflaster derved senefæstet for ekstensionsmusklerne (ved tennisalbue) alternativt fleksionsmusklerne (ved golfalbue) i underarmen.

Materialer: Polykarbonat, polyester, neopren, elastan.

EO - 02

Færdigvare

Indikation: Hypermobilitet, instabilitet.

Funktion: Stabiliserer og forhindrer hyperekstension i albuen.

Materialer: Neopren, metalskinner.

Skulder, arm og håndled

EO - 03

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme samt fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejlstillinger i albuen. Kan i nogle tilfælde være udstyret med et led.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse. Led kan være fremstillet i metal eller plast.

EWHO - 01
Albue/vrist/
hånd ortose

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejlstillinger i albue og håndled. Kan i nogle tilfælde være udstyret med et eller to led.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse. Led kan være fremstillet i metal eller plast.

Frakturbehandling - overekstremitet

**BO/EO/
EWHO/WHO - 01**
Frakturortose/
sarmientoortose

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Indikation: Frakturer på overekstremiteten.

Funktion: Stabiliserer nye eller ældre brud på armen. Ortosen har en komprimerende effekt som dermed stabiliserer bruddet.

Materialer: Plast eller læder. Lukning med snøre eller velcro. Eventuelt udstyret med led i plast eller metal.

Hænder og fingre

Proteser

Kosmetiske **hånd- eller fingerproteser** bliver næsten udelukkende fremstillet i silikone, der gør det muligt at give protesen et naturtro udseende.

Man kan lave proteser til en finger, når blot stumpen er to centimeter lang. Hvis den er kortere, eller der er tale om flere fingre, vil man i stedet holde protesen fast ved en handskelignende anordning.

Ortoser

Ortoser til hænder og fingre bruges for eksempel efter brud eller skader, hvor ro og stabilitet er vigtigt for heling. Det kan også være kroniske tilstande, som for eksempel gigtsygdomme, hvor det er nødvendigt at holde nogle fingre adskilt eller at fastholde hånd eller fingre i en bestemt position for ikke at gøre skade på knogler, led eller hud.

Hænder og fingre

Proteser

WD, PH, FP - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Ved håndledsamputation, delhånds-amputation, fingeramputation med god stump-længde.

Funktion: Kosmetisk og som hjælp til øget grebs-funktion, da protesen fungerer som opposition til den anden side. Endvidere som hjælp ved tastearbejde.

Materialer: Silikone, negle i akryl og silikone.

Håndledsortoser

WHO - 01

Færdigvare

Indikation: Reumatoid arthrit, osteoporose, håndledsartrose.

Funktion: Stabiliserer og støtter håndleddet. Velcrobåndene er placeret for at undgå tryk over caput ulnae. Regulerbar ved tommelfingeren.

Materialer: Darlexx®, plastskinne.

WHO - 02

Færdigvare

Indikation: Reumatoid artrit, artrose, smerte.

Funktion: Stabiliserer håndleddet og tommel-fingeren. Velcrobåndene er placeret for at undgå tryk over caput ulnae. Regulerbar lukning omkring tommelfingeren.

Materialer: Darlexx®, plastskinne, fjederskinne ved tommelfingeren.

Hænder og fingre

WHO - 03

Færdigvare

Indikation: Håndledssmerte, karpaltunnelsyndrom, inflammation.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Lader tommelfingerbasen være fri.

Materialer: Polyamid, elastan, Softelle, plastskinne.

WHO - 04

Færdigvare

Indikation: Mb de Quervain, artrose, tommelfinger- og håndledssmerte.

Funktion: En kombinationsortose som stabiliserer håndleddet og tommelfingerens proximale- og distale led (CMC- og MCP-led).

Materialer: Polyamid, elastan, Softelle, plastskinne.

WHO - 05

Færdigvare

Indikation: Håndledssmerte, efter radiusfraktur, inflammation.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Lader tommelfingerbasen være fri. Har to fjederskinner dorsalt.

Materialer: PCM®, plastskinne, fjederskinner.

Hænder og fingre

WHO - 06

Færdigvare

Indikation: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Funktion: Stabiliserende håndleds- og tommelortose med formbare aluminiumskinner dorsalt, volart og radialt. Den radiale tommelskinne følger hele ortosens længde og immobiliserer tommelen.

Materialer: Ruskindsimitation med åndbart foer.

WHO - 07

Færdigvare

Indikation: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet

Funktion: Stabiliserende håndledsortose med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Ortosen giver desuden ulnar støtte.

Materialer: Ruskindsimitation med åndbart foer.

WHO - 08
Børn

Færdigvare

Indikation: Juvenil kronisk artrit, efter trauma.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Klassisk håndledsortose til børn.

Materialer: Darlexx®, aluminiumsskinne.

Hænder og fingre

WHO - 09
Børn

Færdigvare

Indikation: Juvenil kronisk artrit, efter trauma.

Funktion: Stabiliserer håndleddet og støtter tommelfingeren. Klassisk tommelfinger- og håndleds ortose til børn.

Materialer: Darlexx®, aluminiumsskinne.

WHO - 10
Silikone
håndledsortose

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejlstillinger i hånd og håndled.

Materialer: Silikone, evt. forstærket med plast eller kulfiber.

WHO - 11

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejlstillinger i hånd og håndled.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse. Led kan være fremstillet i metal eller plast.

Hænder og fingre

Hånd/finger ortose

HFO - 01

Færdigvare

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, samt efter brud og traume.

Funktion: Ortosen skal stabilisere, og eventuelt korrigere, fejlstillinger i en eller flere fingre.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse.

HFO - 02

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-stillinger i en eller flere fingre.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, silikone eller en kombination af disse.

HFO - 03

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Kontrakturer i fingrene, f.eks. Dupuytren kontraktur samt ved traume.

Funktion: Natortose til korrektion af kontrakturer i fingrenes proximale- og distale led (PIP- og DIP led).

Materialer: Aluminium, polstring i filt, velcro, elastik.

2

• Bryst

Produktbeskrivelse side 19
Brystprotese og delprotese side 20

• Ryg og mave

Produktbeskrivelse side 21
Korsetter (Rigide) side 22
Korsetter (Semirigide) side 24
Mavebælte/Stomibælte side 25
Trochanterbælter side 26

• Hofte

Produktbeskrivelse side 27
Proteser side 28
Ortoser side 28

Sahva

Sahva | BrystRum

Sahva har en lukket Facebookgruppe under navnet BrystRum

Bryst

Ved valget af **brystproteser** og **delproteser til brystet** er pasform, funktion, materialer og udformning afgørende. Hvilken protese, der er den rette, er altid en individuel, faglig vurdering, som Sahva foretager gennem undersøgelse og samtale med brugeren.

Bryst

Brystprotese og delprotese

Færdigvare

Indikation: Når det naturlige bryst er helt eller delvist bortopereret, eller når brystet er formindsket.

Funktion: Balance i kroppen efter brystoperation.

Materialer: Silikone, omgivet af polyurethanfolie.

Øvrigt:

Selvsiddende proteser erstatter hele det naturlige bryst og klæber direkte på huden.

Løse proteser erstatter det naturlige bryst og lægges i en bh med lomme.

Løse del- og skalproteser anvendes i tilfælde af brystbevarende operationer og efter stråling, for at give mere fylde til det behandlede bryst.

Letproteser erstatter det naturlige bryst. Vejer ikke så meget og anvendes primært i forbindelse med aktiviteter i vand.

Ryg og mave

Sahvas produkter til ryg og mave er primært **korsetter** og **støttebælter.**

Vi specialfremstiller korsetter til for eksempel behandling af skoliose (krumning af rygsøjlen) og til støtte og aflastning af lidelser, der ikke gør det muligt at holde ryggen selv; for eksempel på grund af slidgigt eller knogleskørhed (osteoporose).

Korsetterne bliver fremstillet alt efter krav til effekt og med hensyn til brugerens alder. Således er korsetter til for eksempel unge med **skoliose** fremstillet af hård plast med en skumforing inderst, mens **korsetter til mindre børn** oftest er bløde og med udskæring til maven, så det ikke kommer i konflikt med barnets fordøjelse og vejrtrækning.

Udover korsetter fremstiller og forhandler vi også et stort udvalg af **brok- og lændebælter.**

Ryg og mave

Korsetter (Rigide)

TLSO - 01
Boston Korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Idiopatisk scoliose (S-eller C-formet krumning af rygsøjlen). Mb. Scheuermann.

Funktion: Skal standse udviklingen af scoliosen og hyperkyfosen, men kurven kan ikke forventes mindsket. Bruges 23 timer i døgnet.

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

TLSO - 02
Providence
– Nightbrace

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Idiopatisk scoliose (S-eller C-formet krumning af rygsøjlen).

Funktion: Skal standse udviklingen af scoliosen, men rygsøjlens krumning kan ikke forventes at blive mindre. Bruges om natten (min. 8 timer).

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

TLSO - 03
Brønnum korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Nyopererede neuromuskulære scolioser (lateral deviation af rygsøjlen) samt ustabile frakturer.

Funktion: Stabilisering af rygsøjlen.

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

Ryg og mave

TLSO - 04
Softbrace korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære scolioser.

Funktion: Opretholder rygraden, hindrer udviklingen af scoliosen og bevarer en god siddefunktion.

Materialer: Blødt skumplast materiale, skinner i pvc.

TLSO - 05
Dystrofi korset /
T-korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære scolioser.

Funktion: Opretholder rygraden, hindrer udviklingen af scoliosen og bevarer en god siddefunktion.

Materialer: Termoplastisk materiale med blød polstring.

TLSO - 06
BOB-korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Præ- og postoperativt til immobilisering af rygskelettet. Behandling af kroniske eller tilfældige lænderygsmerter, osteoporose, spondylolistese, frakturer og spinal stenose.

Funktion: Til aflastning af ryggen for uhensigtsmæssige belastninger. Aflastningen sker blandt andet ved at øge trykket i bughulen.

Materialer: Thermoplastisk materiale; lukning med velcro.

Ryg og mave

TLSO - 07
Trepunktskorset

Færdigvare

Indikation: Til behandling af ryglidelser som for eksempel frakturer, luksationer, osteoporose, arthroser i lændedelen mv.

Funktion: Skal begrænse bevægelser i ryggen ved at holde ryggen strakt og immobil. Kan justeres i højde og bredde og har en vinkelstillet brystplade.

Materialer: Letvægts aluminiumslegering med sikkerhedsspænder i komposit materiale og polstring i vinyllæder.

Korsettter (Semirigide)

TLSO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Ryglidelser som for eksempel slidgigt, discusprolaps, osteoporose og fejlstilling.

Funktion: Aflaste rygskelettet for uhensigts-mæssige belastninger.

Materialer: Hudvenlige tekstiler, velcrostropper.

TLSO - 02

Færdigvare

Indikation: Forringet holdning. Svaghed i bryst-ryggens muskulatur.

Funktion: Holdningsbandage for ryggen til træning af bedre kropsholdning.

Materialer: EQ-vævet materiale, spiralskinner.

Ryg og mave

LSO - 01

Færdigvare

Indikation: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Funktion: Stabiliserende og aflastende. Modellen er todelt og justerbar i højden fortil.

Materialer: EQ-vævet materiale, plastskinner, fjederskinner. Kan indeholde latex.

LSO - 02

Færdigvare

Indikation: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Funktion: Stabiliserende korset. Båndenes symmetriske kryds over ryggen kan justeres til at give enten sacroliliacal eller lumbosacral støtte.

Materialer: EQ-vævet materiale, plastskinner, fjederskinner. Kan indeholde latex.

Mavebælte/Stomibælte

LSO - 01
Abdominalkorset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Mavebrok.

Funktion: Til støtte og aflastning af bugvæggen mod uhensigtsmæssige belastninger.

Materialer: Hudvenlige tekstiler. Primært bomuld og viskose.

LSO - 02

Færdigvare

Indikation: Mave- og arvævsbrok (postoperativt brok).

Funktion: Støttende mavebælte. Høj, formet og løftende model. Dobbelte spiralfjedre på både for- og bagside. Velcrolukning.

Materialer: Gummi, polyamid, spiralfjedre.

Ryg og mave

Trochanterbælter

SO - 01

Færdigvare

Indikation: Bækken (SI-led) besvær, lavt siddende rygbesvær. Anvendes til profylaktisk behandling.

Funktion: Stabiliserende og aflastende bækken-bælte. Giver smertelindring. Blødt elastisk bælte med god pasform

Materialer: Viskose, bomuld, gummi.

SO - 02
Pungbrokbandage

Færdigvare

Indikation: Pungbrok.

Funktion: Støttende pungbrokbandage.

Materialer: Bomuld, viskose og elastodien.

Hofte

Proteser

En amputation gennem hofte eller bækken, er så drastisk et indgreb, at det er helt afhængigt af brugerens alder, fysik og vilje, hvilket hjælpemiddel der egner sig bedst i det videre forløb.

Sahva fremstiller hofteproteser, der rangerer fra de mere simple **støtteanordninger** til højst avancerede proteser for de brugere, der kan udnytte teknologien.

De mest **avancerede proteser** har et dynamisk hofteled, et computerknæ og en aktiv fod. Computerknæet bliver programmeret til den specifikke bruger og kan blandt andet koordinere med hofteleddets bevægelser.

Ortoser

Blandt ortoser til at afhjælpe problemer relateret til hoften, er den anerkendte **”Denis Browne”**-ortose til behandling af spædbørn, der bliver født med hofteskred, nok den mest udbredte.

Sahva tilbyder dog også ortoser til andre diagnoser, hvor hoften kan gå af led eller brække.

Hofte

Proteser

TP/HD - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation gennem hofteleddet eller bækkenet der oftest skyldes cancer eller traume.

Funktion: Hofteprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Hofteled, knæled og protesefod fås i mange variationer.

Ortoser

HpO - 01
Denis Browne

Færdigvare

Indikation: Medfødt hofteskred.

Funktion: Har til formål at holde ledhovedet på plads i ledskålen og derved stimulere hofteskålen til at blive normalt færdigudviklet. Barnet skal have ortosen på hele døgnet i tolv uger.

Materialer: Ortosen er fremstillet i rustfrit stål med plastringe, der fores med filt.

HpO - 02
Swash ortose

Færdigvare

Indikation: Børn og teenagere med cerebral parese der er spastiske, postoperativt og neuromuskulære sygdomme.

Funktion: Forbedrer holdning og stabilitet når man sidder og står. Forbedrer gang for gående børn. Hindrer hoften i at gå af led (luksation) ved at holde benene spredte.

Materialer: Rustfrit stål, plast, tekstil polstring.

Hofte

HpO - 03
Safeship

Færdigvare

Indikation: Ved knogleskørhed eller efter hofte- eller andre knoglebrud.

Funktion: Beskytter mod hoftebrud ved fald eller direkte stød på hoften. Beskyttelsesskallerne er placeret ud for lårbenshalsen og afleder og fordeler stødet over en større flade, så lårbensknoglen ikke brækker.

Materialer: Bomuld, polyoleofin eller AirX.

HpO – 04
Keystone korset

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Cerebral parese / hypotoni.

Funktion: Keystonekorsettet omslutter både krop og ben, og er beregnet til brug i ståstativ eller lignende.

Materialer: Bomuldsstof, indsyede metalstivere.

Sahva er også på Facebook

3

• Ben

Produktbeskrivelse side 31
Benproteser side 32
Benortoser side 34
Bløde knæortoser side 34
Semirigide knæortoser side 36
Rigide knæortoser side 37
IROM – behandlings knæortose side 38
Knæortose (KO) side 38
Combo og Toe OFF side 39
Ankel/fod ortose side 39
Frakturbehandling – underekstremitet side 43

• Fødder

Produktbeskrivelse side 44
Proteser side 45
Ortoser/indlæg side 45

Sahva

Sahva hjælper til et liv i bevægelse
læs meget mere på sahva.dk

Ben

Proteser

Benproteser skal kunne bære kroppen og gøre det muligt at bevæge sig ved amputation. Amputationer kan enten være medfødte eller udført senere i livet.

Protesernes navne forklarer (amputations) niveauet; f.eks.henholdsvis **TF** *(transfemoral; amputation gennem lårbenet)* og **TT** *(transtibial; amputation gennem underbenet)*. Protesen opbygges med komponenter, der vælges efter den enkelte brugers specifikke behov.

Benprotesen består af et **hylster,** der omslutter amputationsstumpen. Hylsteret kan enten sidde fast med vakuum eller ved hjælp af et låsesystem. **Knæet** kan være enten mekanisk, hydraulisk eller computerstyret. Valget af knætype afhænger af brugerens krav om funktion. Den mest anvendte **fod** i benproteser er en energiladende kulfiberfod.

Ortoser

Et væld af diagnoser for ben og fødder gør, at udvalget af hjælpemidler er enormt. Alt fra frakturortoser, der skal virke i en begrænset tid, over dropfodsortoser, der afhjælper gangen ved lammelser i underbenet, til de avancerede helbensortoser, som skal bruges dagligt på grund af neuromuskulære sygdomme og skader, hvor rygsøjlen er impliceret.

For nogle brugere er det nødvendigt at bruge ortosen i de fleste af døgnets timer, da de ikke kan klare sig uden, mens det for andre er et hjælpemiddel, der blot bruges efter behov som for eksempel **sportsortoser** og ortoser til visse arbejdsfunktioner.

Ben

Benproteser

TP/HD - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation gennem hofteleddet eller bækkenet der oftest skyldes cancer, traume eller infektionsfølger.

Funktion: TP/HD protesen (Through Pelvis/Hip Disarticulation) skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Hofteled, knæled og protesefod fås i mange varianter.

TF - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation gennem lårbenet, der oftest skyldes diabetes, cancer, åreforkalkning, traume eller infektionsfølger.

Funktion: TF protesen (Trans Femural) skal funtionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Knæled og protesefod fås i mange variationer og fremstilles i forskellige materialer.

KD - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation gennem knæleddet, der oftest skyldes diabetes, cancer, åreforkalkning, traume eller infektionsfølger.

Funktion: KD protesen (Knæ Disarticulation) skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af laminat eller kulfiber eller en kombination af disse. Knæled og protesefod fås i mange varianter og fremstilles i forskellige materialer.

Ben

TT - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation på underbenet, der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning, traume eller infektionsfølger.

Funktion: TT protesen (Trans Tibial) skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, laminat eller kulfiber. Protesefødder fås i mange variationer og fremstilles i forskellige materialer.

AD - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation gennem ankelleddet, der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning, traume eller infektionsfølger.

Funktion: Ankelprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse.

PF - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation af forfoden, der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning, traume eller infektionsfølger.

Funktion: Delfodsprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel og muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, eventuelt med kulfiberforstærkning.

Ben

Kortbensprotese - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Medfødt forkortning af underekstremitet.

Funktion: Protesen skal funktionelt og kosmetisk forlænge den kortere legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Lamineret i kulfiber eller glasfiber med manchet i skummateriale. Skinner og led i metal, polstret med filt og skind. Fod i forskellige materialer.

Benortoser

HKAFO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære sygdomme, for eksempel Cerebral Parese (CP) og Myelomeningocele (MMC). Skader hvor rygsøjlen er impliceret. Anvendes til både børn og voksne.

Funktion: Giver direkte kontrol over hofte og knæ, der ikke kan opnås på anden måde. Ortosen kan korrigere for fejlstillinger, erstatte muskelfunktioner, stabilisere led, lindre smerter mm.

Materialer: Plast, læder, metal, kulfiber eller en kombination af disse.

Bløde knæortoser

KO - 01

Færdigvare

Indikation: Subluxation/luxation af patella, patellofemoralt smertesyndrom. Postoperativt.

Funktion: Stabiliserer patella i korrekt position og støtter sensomotorisk kontrol. Smertelindrende.

Materialer: Space-Tex® i polyester og lycra®.

Ben

KO - 02

Færdigvare

Indikation: Mb Osgood-Schlatter, springerknæ (patella tendinopati), patellofemoralt smertesyndrom.

Funktion: Aflaster patellasenens fæste ved hjælp af en pelotte. Giver smertelindring og let varme.

Materiale: Neopren.

KO - 03

Færdigvare

Indikation: Irritationstilstande (tendomyopathia, ligamentose, arthrose, arthritis, posttraumatisk og postoperativ). Instabilitetsoplevelser.

Funktion: Stabiliserer knæleddet og afhjælper hævelser og effusioner.

Materiale: Elastik.

KO - 04

Færdigvare

Indikation: Smerter på eller omkring patella (patello-femoralt smertesyndrom), overanstrengelse, irritation, begyndende artrose.

Funktion: Støtter sensomotorisk kontrol og øger blodcirkulationen omkring knæet. Anatomisk design i åben model der gør det let at tage bandagen på. To elastiske bånd øger komfort og pasform.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®, spiralfjedre.

Ben

Semirigide knæortoser

KO - 05

Færdigvare

Indikation: Patellafemorale smerter med eller uden subluksation af patella.

Funktion: Ortosen holder patella i neutralstilling.

Materialer: Airmesh eller Neoprene med enten plastskinner eller aluminiumskinner.

KO - 06

Færdigvare

Indikation: Patello-femoralt smertesyndrom. Artrose med let til middelsvær instabilitet i knæleddet. Reumatoid artrit, kollateralligamentskader (MCL, LCL).

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæleddet. Åben model der gør det let at tage bandagen på.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®, aluminiumsskinner.

KO - 07

Færdigvare

Indikation: Patello-femoralt smertesyndrom. Artrose med let til middelsvær instabilitet i knæleddet. Reumatoid artrit, kollateralligamentskader (MCL, LCL), ACL.

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæleddet, med fleksions- og ekstensionsstop. Forstærket ekstensionsstop ved hjælp af korslagte trækbånd i knæhasen kan anvendes efter behov.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®, aluminiumsskinner.

Ben

Rigide knæortoser

KO - 08

Færdigvare

Indikation: Genu recurvatum, instabilt knæ, dårlig knækontrol efter f.eks. apopleksi.

Funktion: Hyperextensionskontrol, fri bevægelse i leddet, lav profil, enkel at tage på og af.

Materialer: Aluminium eller rustfrit stål og kunstlæder.

KO - 09

Færdigvare

Indikation: Mild til svær enkompartments knæledsartrose, enkompartments knætilstand som kræver aflastning, bl.a. brusktransplantation, menisksutur, avaskulær nekrose eller tibiaplateaufraktur. Alle aktivitetsniveauer.

Funktion: Øger aflastningskapaciteten, justerbar smertelindring, enkel på- og aftagning, god suspension.

Materialer: Aluminium, plast og polstring i Aerospacer-materiale med Sensil® silikone.

KO - 10

Færdigvare

Indikation: ACL skade, PCL skade, kombineret instabilitet af ACL/PCL/MCL/LCL, MCL skade, LCL skade, mild hyperekstension.

Funktion: Ligament beskyttelse i forbindelse med ikke-kontaktsport og dagligdags aktiviteter.

Materialer: Aluminiumsramme.

Ben

KO - 11

Færdigvare

Indikation: ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- og kombineret instabilitet.

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæet. Led med extensionsstop. Ideel til vandsport.

Materialer: Kulfiberramme, ikke-korroderende materiale.

IROM - behandlings knæortose

KO - 12

Færdigvare

Indikation: ACL skade, PCL skade, kombineret skade (ACL + PCL), MCL skade, LCL skade, Osteo-arthritis, Hyperekstension

Funktion: Immobiliserer og begrænser bevægelse med 10° interval, bruges post-operativt eller ved skade på forreste/bagerste korsbånd og mediale/laterale kollaterale ligament.

Materialer: Aluminiumsskinner, skumpolstring og velcro.

Knæortose (KO)

KO - 13

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Ledbåndsskader, frakturer, gigt, neuro-muskulære sygdomme og efter knæoperationer.

Funktion: Til stabilisering af knæ, hvor muskel-styrken er intakt, eller ved behov for at begrænse knæleddets bevægelser efter operation. Kan også stabilisere knæ, der ikke kan holdes strakt alene ved hjælp af muskler, eller hvor der er behov for at stabi-lisere implantater.

Materialer: Tekstil, læder, skind, metal, plast og kulfiber.

Ben

KAFO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære sygdomme og skader hvor rygsøjlen er impliceret. Anvendes til både børn og voksne.

Funktion: Giver en direkte kontrol over knæet, der ikke kan opnås på anden måde. Ortosen sidder på foden og op langs hele benet for at afhjælpe problemer omkring knæet og foden. Kan korrigere fejlstillinger, erstatte muskelfunktioner, stabilisere led, lindre smerter mv.

Materialer: Plast, læder, metal, kulfiber eller en kombination af disse.

Combo og Toe OFF

KAFO - 02

Færdigvare der skal tilpasses

Indikation: Knæledsinstabilitet, overstrækning i kombination med dropfod med grundet apopleksi, post-polio, Multipel Sclerose (MS), neuropati etc.

Funktion: Modvirker hyperextension i kombination med dropfod. Skinnen monteres i forlængelse af en dropfodsskinne. Konstruktionen gør, at delene nemt kan kobles til og fra hinanden.

Materialer: Kulfiber lårmanchet, aluminiums skinner og velcro.

Ankel/fod ortose

AFO - 01

Færdigvare

Indikation: Instabilitet af fodled f. eks. efter forstuvning, rheumatisme.

Funktion: Giver en let støtte af fodleddet.

Materialer: Lycra®, bomuld og polyamid.

Ben

AFO - 02

Færdigvare

Indikation: Akut eller langvarig ankel(leds)instabilitet og præventivt ved idræt.

Funktion: Stabil ankelstøtte med lav profil og stabiliserende snøring fortil. Nylonbåndenes placering efterligner taping og hindrer foden i at supinere/pronere. Båndene justeres alt efter skadens karakter.

Materiale: Tekstilt materiale.

AFO - 03

Færdigvare

Indikation: Ankeldistorsioner, instabile ankler, forebyggende ved idræt.

Funktion: God sidestabilitet, fuld bevægelse i ekstension og flexion. Polstrede manchetter for god komfort.

Materiale: Plast og polstring i opskummet plast.

AFO - 04
Klumpfods-
behandling

Færdigvare der skal tilpasses

Indikation: Pes equino varus (klumpfod) og metatarsus varus (indadført forfod).

Funktion: Har enten en korrigerende og forebyggende effekt, eller fastholder foden i korrekt stilling efter en eventuel operation. Ortosen anlægger tryk på fod og ben.

Materialer: Plast, metal, læder.

Ben

AFO - 05
Klumpfods-
behandling

Færdigvare

Indikation: Pes equino varus (klumpfod).

Funktion: Holder foden neutralstillet, hindrer spidsfodsstilling i bagfoden og sørger for at foden ikke drejer indad.

Materialer: Ortosens skinne er fremstillet i plast og metal. Skoene er i læder.

AFO - 06
Fodkapsel med
og uden led

*Individuelt
fremstillet produkt*

Indikation: Ved arthrodese, spasticitet, hypermobilitet i fod- og knæled. Til børn og voksne med mangelfuld muskulær kontrol i fod og ankel.

Funktion: Immobiliserer og/eller korrigerer fejlstillinger i fodens led. Fodkapslen kan være med eller uden ankelled.

Materialer: Kan være plast, metal, kulfiber, skind, læder, kork.

AFO - 07
Dropfodsortose
med led

*Individuelt
fremstillet produkt*

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, sclerose og traume. Ofte i forbindelse med spasticitet.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under svingfasen, gør foden mere stabil og hindrer til en vis grad overstrækning af knæleddet. Ortosen kan enten sidde indvendigt eller udvendigt på fodtøjet og er forsynet med led i metal.

Materialer: Kan være metal, læder, skind, plast og kulfiber.

Ben

AFO - 08
Dropfodsortose
uden led

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, sclerose og traume.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under svingfasen og stabiliserer foden til en vis grad.

Materialer: Kan være metal, læder, skind, plast, kulfiber og silikone.

FES
(Funktionel
Elektrisk
Stimulering):
WalkAide,
BionessGo

Individuelt indstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære sygdomme som følge af skade i det centrale nervesystem, f.eks. hjerneblødning, sclerose (MS), cerebral parese (CP), eller traumatisk hjerneskade.

Funktion: Løfter foden fra underlaget under svingfasen via elektriske impulser. BionessGo kan desuden tilføre stabilitet i standfasen ved at aktivere lårmuskulaturen via en lårmanchet.

Materiale: Kombineret bomulds- og plast manchet med en lille computer samt små udskiftelige elektroder.

SAFO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, sclerose og traume.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under svingfasen og stabiliserer foden til en vis grad.

Materialer: Silikone. Kan være kombineret med forstærkning i kulfiber.

Ben

Frakturbehandling - underekstremitet

KAFO/KO/AFO - 01

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Indikation: Fraktur på underekstremiteten.

Funktion: Ortosen har en komprimerende effekt, som stabiliserer brud på benet. Ortosen gør det ofte muligt at komme til at gå under behandlingen.

Materialer: Plast eller læder. Lukning med snøre eller velcro. Større frakturortoser der dækker et led kan være fremstillet med et bevægeligt led i plast eller metal.

AFO - 02
Frakturortose

Færdigvare der skal tilpasses

Indikation: Uni- og bilaterale Calcaneusfrakturer. Indramning for operativ fusion af et led med det formål at lindre smerte.

Funktion: Ortosen fremmer heling og tidlig funktionel bevægelse. Bibeholder fysiologisk afrulning og hindrer muskelatrofi.

Materiale: ThermoLyn plast.

Fødder

Proteser

Sahva fremstiller **delfodsproteser,** der gør det muligt for brugeren at gå uden støtte og anvende almindeligt fodtøj, trod manglende forfod. Delfodsproteserne er lavet i silikone og bliver lavet som naturtro kopi af den modsatte fod.

Ortoser

Problemer med fødder og fodsål kan i mange tilfælde afhjælpes med en ortose eller et indlæg i skoen. Sahva fremstiller **individuelt tilpassede indlæg**, som kan afhjælpe fejlstillinger, flad svangbue, nedsunken forfod og en række øvrige problemer, der ellers vil kunne forstyrre markant i brugerens hverdag på grund af smerter og træthed.

Fødder

Proteser

PF - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Amputation af forfoden, der oftest skyldes diabetes, åreforkalkning eller traume.

Funktion: Delfodsprotesen skal funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel og muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse.

Ortoser/indlæg

FO - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Forfodsplatfod, platfod, hulfod eller mobil knækfod.

Funktion: Specielt fremstillet fodindlæg støtter, aflaster eller korrigerer eventuelle fejlstillinger i fødderne.

Materialer: Fremstilles i mange forskellige materialer. Hvis der er et behov for at kende materialet, kan det oplyses af behandleren.

7011 0711 er et fælles nummer til hele Sahva

4 • Øvrige produkter

Produktbeskrivelse side 47
Produkter side 48

Sahva

Søg på "SahvaTube" for at se Sahvas videoer på YouTube

Øvrige produkter

Dette katalog viser et repræsentativt udvalg af de produkter, vi tilbyder i Sahva, da vi umuligt kan vise alt. Som udgangspunkt sætter vi ingen grænser for, hvad vi kan lave til kroppen, ligesom vi også har en række produkter, der ikke kan placeres i en specifik kategori eller som dækker større områder af kroppen.

I den mere specielle ende af skalaen har vi **Lycra Suits**, som er heldragter til børn med høj eller lav muskeltonus, og i den mere traditionelle ende tilbyder vi et udvalg af **stokke** og **krykker.**

Er der behov for produkter, som ikke er omtalt i nærværende katalog, vil vi bede jer kontakte os for en løsning.

Øvrige produkter

Krykke - 01

Færdigvare

Indikation: Efter operation, brud eller forstuvning af ben. Som generel støtte i dagligdagen.

Funktion: Støtter og aflaster den skadede side af kroppen.

Materiale: Oftest i aluminium.

Stok - 01

Færdigvare

Indikation: Efter operation, brud eller forstuvning af ben. Som generel støtte i dagligdagen.

Funktion: Støtter og aflaster den skadede side af kroppen.

Materiale: Oftest i aluminium.

Kompressions-strømpe - 01

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Indikation: Blodpropper i benene. Behandling af mindre venøse sår efter ødemreduktion. Til varicer, ødemer, bensår, blodpropper. Lymfødem.

Funktion: Kompressionsstrømperne afhjælper ødemer, åreknuder, blodsprængninger og benkramper som følge af venøs insufficiens (veneklappernes nedsatte funktion) og blodprop i benet.

Materialer: Naturgummi, bomuld, mikrofiber eller andet materiale.

Øvrige produkter

Lycra Suit - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Behandling og reducering af forøget tonus ved neurologiske tilstande såsom cerebral parese, hjerneskade, rygmarvsskade, Cerebellær Ataxi, Atetos, Spina Bifida, Stroke, MS.

Funktion: Lycra Suiten hjælper til kontrol af høj/lav tonus. Dragten komprimerer kroppen, og øger på den måde bevidstheden om, hvor de forskellige kropsdele befinder sig.

Materiale: Lycraelastik.

Maske - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Frakturer i ansigtet.

Funktion: Aflastning/beskyttelse af frakturer i ansigtet ved at fordele trykket (over et stort areal).

Materialer: Kan være fremstillet i Thermoplast, laminat eller kulfiber med velcroremme.

Boksehandske - 01

Individuelt fremstillet produkt

Indikation: Aflastning/beskyttelse af håndens knogler og led.

Funktion: Handsken aflaster og trykfordeler under træning.

Materiale: Silikone.

Sahva er specialister i kroppens bevægelighed

5

• Bevilling og garanti

Bevilling og garanti side 51

• Kontakt Sahva

Kontakt Sahva side 52

Sahva

Gennem mere end 140 år har Sahva haft fokus på kroppens bevægelighed fra top til tå
Køb standardvarer direkte på vores webshop

Bevilling og garanti

Bevilling

For at få betalt et hjælpemiddel – eller repareret / fornyet et eksisterende - skal borgeren søge sin **kommune om økonomisk støtte.** Sahva hjælper **gerne med at udfylde papirerne,** hvis der er brug for det. Kommunen vurderer, om borgeren er berettiget til at få betalt sit hjælpemiddel. For nogle hjælpemidler er det også muligt at søge tilskud hos sygesikringen Danmark.

Leverandøren

Når borgeren har modtaget sin bevilling, tager han eller hun denne med til **leverandøren af hjælpemidlet**, som herefter leverer hjælpemidlet **uden udgift for borgeren.** I enkelte tilfælde, kan borgeren have særlige ønsker, som falder udenfor bevillingens rammer, og må derfor betale merudgiften af egen lomme.

Garanti

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest tre måneder efter udlevering af hjælpemidlet. Vi tager det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Kontakt Sahva

Sahvas klinikker og butikker findes i mere end 30 danske byer, og er derfor altid i nærheden, når der er brug for os.

I Sahvas klinikker arbejder bandagisten, ortopædiskomageren og den kliniske konsulent. Det er her, vi fremstiller individuelle proteser og ortoser, håndsyet fodtøj, tager mål til brystproteser og fodindlæg mv.

Vores butikker har et stort udvalg af sunde sko, kompressions- og støttestrømper, brystproteser, såler, fodindlæg, bandager, speciallingeri mv.

Tlf.: 7011 0711
Se vore adresser på www.sahva.dk

6 • Ordliste

Sahva afholder hvert år "Løbeskole" og sportsdage for benamputerede både for børn og voksne

Sahva

Ordliste

Abdomen	Bug / bughulen
Abduktion	Abducere = bevægelse bort fra legemets midterlinje
ACL	Anterior Crucial Ligament
AD	Ankel Disarticulation
Adaptor	Forbinder to dele i protesen med hinanden
Adduktion	Adducere = bevægelse ind mod legemets midterlinje
AFO	Ankel, Fod Ortose
Akillessene	Den store lægmuskels sene, der fæstner bag på hælbenet
Amputation	Operativ fjernelse af en legemsdel eller del af legemsdel
Amputationsneuron	Knudedannelse på nerveenderne på selve amputationsstedet
Anatomi	Læren om legemets ydre form og indre struktur
Ankeldistorsion	Ankelforstuvning
Ankylose	Ankylotisk = fuldstændig stivhed i et led på grund af sammenvoksning
Antebrachium	Underarm
Anterior	Beliggende foran, fremad mod legemets forside (bugsiden)
Aorta	Den store legemspulsåre, der udgår fra venstre hjertekammer
Apopleksi	Slagtilfælde

Arterie	Pulsåre, blodkar, der fører blodet fra hjertet
Arthrit	Af græsk ”arthros” led og ”itis” betændelse
Arthrodese	Operativt fremkaldt sammenvoksning af knoglerne i et led, så dette blive stift
Articulatio	Led
Artrit	Gigt
Artrose	Slidgigt
Ataksi	Manglende evne til koordinering af muskelbevægelser
Atetos	Ufrivillige bevægelser
Atrofi	Svind af væv eller organ
Avaskulær nekrose	Knogledød på grund af manglende blodforsyning
Axilla / Aksil	Armhule
Biceps	Den tohovedede overarmsmuskel
BO	Brachial Ortose
Calcaneus	Hælben
Capitulum	Knoglehovede
Caput	Hoved
Cerebellær Ataxi	Ataksi, manglende koordinering af en bevægelse, betinget af sygdom i lillehjernen
Cerebral parese	Spastisk lammelse
Cervikal	Betegner de forhold og strukturer, der vedrører hovedets hals
Cervix	Betegner halsen på anatomiske organer
Cicatrix	Ar
CMC	Carpal Meta Carpal
CO	Cervikal Ortose
Columna vertebralis	Rygsøjlen
Condylus	Knoglefremspring
Congenit	Medfødt
Craniotomi	Fjernelse (og på pladssætning) af en kraniedel ved neurokirurgiske operationer

Crus	Underben
Deviation	Afvigelse
Dexter	Højre
DIP	Distal Inter Phalangeal led
Diskusprolaps	Udposning af den geleagtige diskuskerne, som bryder igennem diskusskivens bindevævsring bagud mod rygmarvskanalen
Distal	Retningsbetegnelse på arme og ben mod hhv. finger- og tåspidser
Dorsal	Anatomisk betegnelse for retning mod ryggen, bagtil, oversiden
Dupuytrens kontraktur	Håndsygdom med fortykkelse og skrumpning af håndens seneplade med fleksionskontraktur af fingrene, oftest 4. og 5. finger
Ekstension	Ekstendere = strække ud, strækbevægelse i et led
Ekstremiteter	Lemmer. Overekstremiteter = arme, underekstremiteter = ben
EO	Albue Ortose
Epi-	Ovenpå, på, efter
Epicondylalgia	Tennisalbue
Epilepsi	Anfald
EWHO	Albue, Vrist, Hånd Ortose
Facies	Ansigt; bruges også som betegnelse for en overflade af for eksempel et organ eller en knogle
Fantomsmerter	Smerter som føles i en legemsdel, man har mistet
Femur	Låret, lårbenet
Fibula	Lægbenet, den tynde knogle i under benet
Fiksation	Fiksere = fastholde
Fleksion	Flektere = bøje
FO	Fod Ortose
FP	Finger Protese

Fraktur	Brud
Fusion	Sammensmeltning
Gangræn	Koldbrand
Genu recurvatum	Unaturligt tilbagebøjet knæ. Deformitet/ overstrækning af knæregionen
Gibbus	Pukkel, der fremkommer ved abnorm krumning af rygsøjlen
Hallux	Storetå = 1. tå
HD	Hip Disarticulation Protese
Hemi-	Halvside (forstavelse)
Hemiplegi	Halvsidig lammelse
Hernie	Brok
HFO	Hånd, Finger Ortose
HKAFO	Hofte, Knæ, Ankel, Fod Ortose
HpO	Hofte Ortose
Humerus	Overarm, knoglen i overarmen
Hylster	Den del af protesen, som sidder omkring amputationsstumpen
Hyper-	Mere end
Hypermobilitet	Øget ledbevægelighed, abnormt stærk bevægelighed fx i et led
Hypo-	Mindre end
Hypotoni	Nedsat muskelspænding / nedsat tryk
Idiopatisk	Medfødt, af ukendt oprindelse, uden påviselig forklaring
Idiopatiske smerter	Smerter af ukendt årsag
Immobilisering	Behandling hvorved en legemsdel stilles i ro
Indikation	Motivering for en behandling
Inflammation	Betændelse
Insufficiens	Utilstrækkelighed
Juvenil	Hørende til ungdommen/ungdom
KAFO	Knæ, Ankel, Fod Ortose
Karpaltunnelsyndrom	Sygdom i fingrene, hvor en nerve er klemt under et ledbånd
KD	Knæ Disarticulation

KO	Knæ Ortose
Kondyl	Knoglefremspring
Konkav	Hul, indadhvælvet
Kontraktur	Sammentrækning, indskrænket bevægelighed af muskler og led
Konveks	Hævet, udadhvælvet
Kronisk	Langvarig, i langsom udvikling
Kyfose	Pukkel, bagudrettet krumning af rygsøjlen
Lateral	Anatomisk retning, hørende til siden, bort fra legemets midterlinje
LCL	Lateral Collateral Ligament
Ligamentose	Ømhed og undertiden fortykkelse af et ligament
Liner	Den manchet man bærer mellem amputationsstumpen og protesens hylster
Lordose	Svajryg, bøjer ryggen bagover
LSO	Lumbo Sacral Ortose
Luksation	Ledskred
Lymfødem	Ophobning af væske imellem legemets celler
Manipulation	At ændre på noget
Manus	Hånd
Mb de Quervain	Forsnævrende proces i seneskederne i første kulisse (tommel)
Mb Osgood-Schlatter	Overbelastning og inflammation af knæskalssenens fæste på under-benet (tilvækstzonen)
Mb Scheuermann	Rygsygdom der tilfører fortil tilspidset kiledannelse af 3 til 5 ryghvivler
MCL	Mediale Collateral Ligament
MCP	Meta Carpal Phanegal
Medial	Anatomisk retning, hørende til midten, vender mod legemets midte
Medial Epicondylalgia	Golfalbue
Meniscus	Halvmåneformet bruskskive i knæled (og kæbeled)

Menisksutur	Syning i menisk
Metatarsus	Mellemfod
Metatarsus varus	Adduktionsdeformitet i mellemfoden
Mobilisere	Gøre bevægelig; bringe i stand
Multipel Sclerose (MS)	Kronisk demyeliniserende lidelse i centralnervesystemet
Myelomeningocele (MMC)	Rygmarvsbrok
Myoelektrisk	Muskelstyret ved hjælp af sensorer i (arm)protesen
Neurom	Svulst udgået fra nervecelle
Neuromuskulær (lidelse)	Lidelse forårsaget ved påvirkning af de nerver der styrer muskulaturen
Neuropati	Degenerative forandringer af perifere nerver
Opposition	Modsat
Ortopædi	Læren om fejlagtige stillinger og bygningsfejl og behandlingen af dem
Ortose	Hjælpemiddel, der skal korrigere, støtte, aflaste eller stabilisere en del af kroppen
Os	Knogle
Osteoartritis	Slidgigt
Osteoporose	Knogleskørhed
Paralysis	Fuldstændig lammelse uden antydning af muskelbevægelse
Paraparese	Ufuldstændig lammelse af begge ben
Paraplegia	Dobbeltsidig lammelse af enten arme eller ben
Parese	Delvis lammelse
Patella	Knæskal
PCL	Posterior Crucial Ligament
Pelvis	Bækkenet
Perifere nervesystem	Uden for det centrale nervesystem
Perinæum	Skridtet / bækkenbunden
Pes	Fod
Pes eqinovarus	Klumpfod (varus fod)

Pes equinus	Spidsfod
Pes planus	Platfod
Pes valgus	Abnorm fodstilling med udaddrejning af fodsålen
Pes varus	Abnorm fodstilling med indaddrening af fodsålen
PF	Partiel Fod Protese
PH	Partiel Hånd Protese
Pinlås	Låsesystem der kan bruges i en protese i forbindelse med hylsteret
PIP	Proximal Inter Phalangeal led, nærmere ved ekstremitetsroden eller legemets midtlinie (end noget andet)
Plexus	En samling af anatomiske strukturer, der danner et sammenhængende netværk
Polio	Børnelammelse
Post-	Efter
Postoperativt	Efter operation
Prominens	Fremspring
Pronation	Ved fodstilling = valgus = udaddrejning af fodsålen. Gælder også for hånden.
Protese	Erstatter den manglende legemsdel
Proximal	I retning mod armens / benets til hæftning til kroppen
Præ-	Før
Radius	Spoleben (knogle i underarmen)
Rehabilitering	Fællesbetegnelse for fysisk, social og psykisk genoptræning af en person
Reumatisk	Som har med gigtlidelse at gøre
Reumatoid Arthrit	Leddegigt
Ryginsufficiens	Nedsat funktion af ryggen
SAFO	Silikone, Ankel, Fod Ortose
Scapula	Skulderblad
Scapula Alata	Englevinge, vingeagtigt udstående skulderblad ved serratuslammelse, alm. muskelsvaghed og lign.

Scoliose	Sidekrumning af rygsøjlen
SdO	Skulder Ortose
SEWHO	Skulder, Albue, Vrist, Hånd Ortose
SI	Sacro Iliacaled
Sinister	Venstre
SO	Sacral Ortose
Spastisk	Krampeagtig spænding / stivhed i en eller flere muskelgrupper
Spina Bifida	Delvis spaltning af rygraden
Spinal	Hørende til rygmarven
Spinal Stenose	Forsnævring ved rygraden
Spondylalgia	Smerter i en ryghvirvel
Spondylitis	Betændelse i hvirvelsøjlen
Spondylolistese	Hvirvelforskydning
Spondylose	Knogleudbygning på ryghvivlerne og afskalning af diskushøjden ved rygsøjleslidgigt
Standfase	Fase i menneskets gangcyklus. I standfasen har benet kontakt med underlaget
Stroke	Engelsk ord for apopleksi / slagtilfælde
Sub-	Under
Supination	Ved fodstilling = varus = indaddrejning af fodsålen. Gælder også for hånden
Suspensorium	Til at understøtte (noget)
Svingfase	Fase i menneskets gangcyklus. I svingfasen har benet ikke kontakt med underlaget.
TF	Trans Femural Protese
Tibia	Skinnebenet
TLSO	Thoraco Lumbo Sacral Ortose
Tonus	Muskelspænding
TP	Through Pelvis Protese
Transplantation	Flytning af væv fra et sted af legemet til et andet
Traume	Fysisk (eller psykisk) beskadigelse ved ydre påvirkning

Triceps	Trehovedet (muskel)
TT	Trans Tibial
Tuber ischiadicum	”Siddeknoglen”. Den knogle, der bliver belastet, når man sidder
Ulna	Albuebenet, knogle i underarmen
Varicer	Åreknuder
Vene	Blodåre
Venøs	Hørende til en vene
Volar	Håndflade
WD	Vrist Disartikulation Protese
WHO	Vrist, Hånd Ortose
Æstetisk	Tiltaler (skønheds) sanserne
Ødem	Ophobning af væske i kroppens væv

Sahva er Danmarks førende leverandør af kropsbårne hjælpemidler

Om Sahva

Sahva fremstiller og forhandler hjælpemidler til mange mennesker og udfordringer – lige fra den benamputerede eller brystopererede med behov for protese, til sportsskader, problemer med ryg og led, mindre skavanker eller andre forhold, der kræver løsninger til lindring eller støtte for at komme videre.

Sahva er aktive i samarbejdet med alle parter i behandlings-systemet for at kunne tilbyde den optimale løsning, der opfylder det individuelle behov.

Sahva er markedsledende og har kvalitetsstandarder for alle vores produkter og øvrige ydelser.

Sahva er specialister i kroppens bevægelighed.

Sahva

Et liv i bevægelse

Sahva

Et liv i *bevregelse*